

MIOMAS ≤ 5 CM Y TODOS LOS PÓLIPOS

Dispositivo
MyoSure® **XL**

**MIOMAS ≤ 3 CM, RESTOS DE EMBARAZO
y PÓLIPOS**

Dispositivo
MyoSure®
REACH

BIOPSIAS DIRIGIDAS y PÓLIPOS ≤ 3 cm

Dispositivo
MyoSure®
LITE

BIOPSIAS DIRIGIDAS y PÓLIPOS ≤ 1 CM

Dispositivo
MyoSure®
MANUAL


Familia de productos MyoSure® PARA UN AMPLIO ABANICO DE PROCEDIMIENTOS INTRAUTERINOS

**Aproveche todas las especificaciones de
la familia de productos MyoSure para:**

- Realizar diferentes procedimientos que faciliten el tratamiento de una amplia variedad de patologías intrauterinas
- Aportar eficacia y coherencia a la elección de procedimientos
- Tener la flexibilidad de realizar procedimientos en cualquier entorno clínico
- Efectuar resecciones y obtenciones de tejido más completas



SOLUCIONES PARA UNA GRAN VARIEDAD DE PATOLOGÍAS



Simplifique el estándar asistencial con la familia completa de productos MyoSure® para la extracción de tejidos

- Visualice los procedimientos gracias a la óptica de lentes cilíndricas de alta resolución del histeroscopia Omni®
- Potencie la reducción de costes al usar el dispositivo correcto para el procedimiento intrauterino apropiado
- El sistema de gestión de líquidos Fluent® está diseñado para optimizar los procedimientos de aspiración elevada, como el uso del sistema de extracción de tejidos MyoSure®*

Aporte eficacia y coherencia a la elección de procedimientos: solicite una demostración o visite gynsurgicalsolutions.com para obtener más información



INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE SEGURIDAD

El sistema de extracción de tejidos MyoSure®, integrado por los sistemas de extirpación de tejidos MyoSure® (LITE, REACH, XL) y el controlador MyoSure®, está indicado para procedimientos intrauterinos histeroscópicos a cargo de ginecólogos cualificados para la resección y extracción de tejido, incluidos miomas submucosos, pólipos endometriales y restos de embarazo. El sistema de extracción de tejidos MyoSure® MANUAL está indicado para procedimientos intrauterinos histeroscópicos a cargo de ginecólogos cualificados para la resección y extracción de tejidos, incluidas lesiones focales como pólipos endometriales y restos de embarazo. Los productos MyoSure® no son apropiados para pacientes que estén o puedan estar embarazadas o que presenten infección pélvica, tumores malignos del cuello uterino o un diagnóstico previo de cáncer uterino. Para obtener más información sobre los riesgos y las ventajas del sistema MyoSure®, el sistema de extracción de tejidos MyoSure® MANUAL, el histeroscopia Omni® y el sistema de control de líquidos Fluent®, consulte las respectivas instrucciones de uso.

*El dispositivo MyoSure® MANUAL no requiere ningún sistema automático de gestión de líquidos, como el sistema de gestión de líquidos Fluent®. Además, el dispositivo MyoSure® MANUAL no necesita el controlador MyoSure®.

Lea atentamente las instrucciones del manual de usuario IFU MYOSURE TRD, [Package Insert] AW-06713-001.

Surgical Solutions | Hologic.es | euinfo@hologic.com

CE 2792 EC REP Hologic BV Da Vincilaan 5 1930 Zaventem Bélgica Fabricante: Hologic Surgical Products Costa Rica

PB-00612-IBR-301 Rev 001 ©2024 Hologic, Omni, MyoSure y sus logotipos asociados son marcas comerciales y/o marcas comerciales registradas de Hologic, Inc., y/o de sus filiales en Estados Unidos y/o en otros países. Esta información va dirigida a profesionales sanitarios y no se ha desarrollado como oferta o promoción del producto en los lugares donde estén prohibidas dichas actividades. Dado que los materiales de Hologic se distribuyen a través de sitios web, publicaciones electrónicas y ferias del sector, no siempre es posible controlar los lugares donde aparecen dichos materiales. Para obtener información específica sobre los productos que se comercializan en un determinado país, póngase en contacto con su representante local de Hologic o escriba a euinfo@hologic.com.

MyoSure®
Tissue Removal Simplified